

RADIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ A ZOBRAZOVACÍ METODY

MR kontraindikace:

- **implantovaný kardiostimulátor nebo defibrilátor (ICD), ponechané elektrody po kardiostimulátoru nebo defibrilátoru, některé aneurysmatické cévní svorky (klipy), kochleární (sluchový implantát), inzulinová pumpa.**
- **pacient musí předložit písemný doklad o MR kompatibilitě implantovaného zařízení.**
- **kovová cizí tělesa z jiného než prokazatelně nemagnetického materiálu v oblasti mozku a oka**
- **1. trimestr těhotenství**
- **s omezením lze vyšetřovat** pacienty, kteří mají v těle voperovány stenty (cévní výztuže), žilní filtry, kovový embolizační materiál, okludery, kloubní náhrady, osteosyntetický materiál, dentální implantáty, neaneurysmatické chirurgické cévní svorky (hemostatické klipy), svorky na žlučových cestách – časový úsek mezi operací a MR vyšetřením musí být 6 a více týdnů a zavedený materiál musí být bez známek uvolňování.
- **pacient s fixními rovnátky** na zubech by měl konzultovat tuto skutečnost s ošetřujícím zubním lékařem, který by měl odvézt od aparátu drátěné oblouky, zejména z nerezavějící oceli, a dráty chromkobaltové, stejně tak transpalatinální oblouky a snímatelné lingvální oblouky. Zkontroluje pevnost fixace zámků, kroužků a přilepených retenčních drátů a napíše pro radiologa prohlášení (formou „Výměnného listu“ nebo „Lékařské zprávy“), že byly sejmuty odlučitelné části, že aparát je správně fixován a že nepředpokládá problém s MR vyšetřením.
- kovové zubní výplně vyšetření nijak nebrání.
- pokud se kovové implantáty, cizí tělesa či zubní výplně nachází ve vyšetřované oblasti, může dojít k výpadku nebo deformaci MR obrazu.
- ev. dotazy k přípravě na MR vyšetření směřujte na MR pracoviště (tel. 317 756 429)